



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle §12 odst. 3 písm. a) zákona č. 22/97 Sb. v platném znění

METRA BLANSKO a. s.
Pražská 7, č. p. 1602
678 49 Blansko

prohlašuje, že

Měřicí převodníky elektrických veličin řady MT- napájených po lince typů :

- MTU 111** - stejnosměrné napětí ($< 1V$)
- MTU 112** - stejnosměrné napětí ($\geq 1V$)
- MTI 111** - stejnosměrný proud ($< 100 \text{ mA}$)
- MTI 112** - stejnosměrný proud ($\geq 100 \text{ mA}$)
- MTU 114** - střední hodnota střídavého napětí
- MTU 115** - skutečná efektivní hodnota střídavého napětí
- MTI 114** - střední hodnota střídavého proudu
- MTI 115** - skutečná efektivní hodnota střídavého proudu
- MTF 115** - kmitočet střídavého napětí

odpovídají nařízením vlády ČR č. 17/2003 a 18 / 2003 Sb. v platném znění
a jsou plně v souladu s požadavky následujících technických norem v oblastech:

Bezpečnost
ČSN EN 61010 – 1

Elektromagnetická kompatibilita
ČSN EN 61326 – 1

Posouzení shody je dokladováno souborem technické dokumentace
číslo TPZ 600/023 uloženým u výrobce.

Označení CE na výrobku umístěno od 05

Blansko, prosinec 2005



Roman Pilát
ředitel společnosti



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle §12 odst. 3 písm. a) zákona č. 22/97 Sb. v platném znění

METRA BLANSKO a. s.
Pražská 7, č. p. 1602
678 49 Blansko

prohlašuje, že

Měřicí převodníky elektrických veličin řady MT- nákladově modifikovaná verze typů :
MTU 114N - střední hodnota střídavého napětí
MTU 115N - skutečná efektivní hodnota střídavého napětí
MTI 114N - střední hodnota střídavého proudu
MTI 115N - skutečná efektivní hodnota střídavého proudu

odpovídají nařízením vlády ČR č. 17/2003 a 18/2003 Sb. v platném znění
a jsou plně v souladu s požadavky následujících technických norem v oblastech:

Bezpečnost
ČSN EN 61010 – 1

Elektromagnetická kompatibilita
ČSN EN 61326 – 1

Posouzení shody je dokladováno souborem technické dokumentace
číslo TPZ 600/024 uloženým u výrobce.

Označení CE na výrobku umístěno od 05

Blansko, prosinec 2005

Roman Pilát
ředitel společnosti



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle §12 odst. 4 písm. a) zákona č. 22/97 Sb. v platném znění

METRA BLANSKO a. s.
Pražská 7, č. p. 1602
678 49 Blansko

prohlašuje, že

Měřicí převodníky elektrických veličin řady MT- nákladově modifikované verze typů
MTI 111N stejnosměrný proud menší než 100mA
MTU 111N stejnosměrné napětí menší než 1V
MTI 112N stejnosměrný proud větší nebo rovno 100mA
MTU 112N stejnosměrné napětí větší nebo rovno 1V
MTI 113N střední hodnota střídavého proudu

odpovídají nařízením vlády ČR č. 17/2003 a 616/2006 Sb. v platném znění
a jsou plně v souladu s požadavky následujících technických norem v oblastech:

Bezpečnost
ČSN EN 61010 – 1

Elektromagnetická kompatibilita
ČSN EN 61326-1

Posouzení shody je dokladováno souborem technické dokumentace
číslo TPZ 600/025 uloženým u výrobce.

Označení CE na výrobku umístěno od 07

Blansko, prosinec 2007


Ivo Pernica
Výkonný ředitel